

Réf. Art.	Gamme de volume (µl)	Incément de volume (µl)	Mode (M/DR) ¹	Volume test (µl)	Exactitude ² (±%)	Précision ³ (≤%)
2011	0,2 - 2	0,001	M	0,2	12,0	6,0
				1	3,0	1,6
				2	1,5	0,7
			DR	0,5	9,0	9,0
2012	1 - 10	0,01	M	1	5,0	1,5
				5	1,5	0,8
				10	1,2	0,5
			DR	1	6,5	6,5
2013	2 - 20	0,01	M	2	7,0	2,0
				10	1,6	0,5
				20	1,0	0,35
			DR	2	4,5	4,5
2015	10 - 100	0,1	M	10	3,5	1,0
				50	1,0	0,35
				100	0,8	0,2
			DR	10	3,5	3,5
2016	20 - 200	0,1	M	20	2,5	1,0
				100	1,0	0,3
				200	0,7	0,2
			DR	20	3,0	3,0
2018	100 - 1000	1	M	100	3,0	0,6
				500	1,0	0,3
				1000	0,8	0,2
			DR	100	2,0	2,0

1. M: mode manuel. RD: mode de distribution répétée

2. Exactitude : erreur systématique

3. Précision : erreur aléatoire, coefficient de variation